



Produits sanguins  
Cellules souches  
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu  
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7  
Téléphone : 514 832-5000  
Télécopieur : 514 904-8350  
Télécopieur : 1 866 811-9465

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie  
Québec (Québec) G1V 5C3  
Téléphone : 418 780-4362  
Télécopieur : 1 866 811-9465

**HQ-22-069**

## **CIRCULAIRE**

### **Modifications apportées à la présentation de 2 lots de WinRho 300 µg**

Le 15 novembre 2022

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG  
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG  
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG**

Madame,  
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une lettre de Kamada concernant des changements apportés à des composantes de l'emballage de deux lots de WinRho SDF 300 µg, dont les dimensions des fioles. Ces changements sont dus à la validation de l'installation d'une nouvelle chaîne de remplissage qualifiée à l'usine de fabrication.

ARTICLE	PRODUIT	LOT	Disponibilité
100298	Immuno. Anti-D 300 µg WinRho SDF Liquid	23004889 (Exp. 31-05-2023)	Actuellement en distribution
		23004896 (Exp. 31-05-2023)	À recevoir

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à [www.hema-quebec.qc.ca](http://www.hema-quebec.qc.ca), dans la section intitulée *Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d'information*.

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.

#### ***Original signé par***

Rima Khalil  
Directrice des produits stables

p. j. Lettre de Kamada

c. c. M<sup>me</sup> Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d'approvisionnement  
D<sup>r</sup> Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation  
D<sup>re</sup> Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle  
M<sup>me</sup> Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers  
D<sup>r</sup> Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie

22 août 2022

Cher client,

La présente lettre a pour objet de vous informer d'un changement apporté à certains composants de l'emballage de deux lots de WinRho® SDF 300 µg qui vous seront fournis dans les mois à venir. Ce changement intervient en raison de l'installation d'une nouvelle chaîne de remplissage qualifiée (VanRx) à l'usine de fabrication.


Les dimensions des flacons VanRx seront différentes des flacons Bosch actuels, et la taille et les unités par carton d'expédition changeront également (images ci-dessous). Les dimensions de l'emballage unitaire ne changeront pas.

#### Flacons par cartons d'expédition

Comparaison de flacons

Actuel (Bosch) - 360 flacons

Nouveau (VanRx) - 180 flacons



2R (nouveau VanRx) vs 3cc (Bosch actuel)

WinRho® SDF 300 µg se présente actuellement en flacons de 3cc. Leur hauteur x diamètre (mm) est de 33x18,5. VanRx utilise des flacons 2R pour WinRho 300 µg. La hauteur x le diamètre (mm) du flacon 2R est de 35x16.

L'approvisionnement reviendra à la ligne de remplissage actuel (Bosch) lorsque ces lots de la nouvelle ligne de remplissage (VanRx) ne seront plus disponibles. La fourniture de lots supplémentaires de la ligne de remplissage VanRx n'est pas prévue à moyen terme.

Lots de VanRx prévus à fournir :

23004896 Expiration mai 2023

23004889 Expiration mai 2023

Nous vous remercions de soutenir l'utilisation de WinRho® SDF Rho(D) Immunoglobuline (humaine).

Service clientèle Kamada

Kamada Limited

[www.kamada.com](http://www.kamada.com)