














Pour copie papier seulement : Le document original est approuvé avec signature numérique sous la responsabilité de CFA.

<p>1 Vérifier l'identité de la mère et la concordance entre le formulaire de collecte et le formulaire d'inscription web (ou consentement au don dirigé), puis adressographier</p>	<p>2 Déposer le matériel sur le champ stérile</p>	<p>3 À la fin de la collecte, s'assurer que les pinces et le protège-aiguille sont fermés</p>
		
<p>4 Bien mélanger le sang de cordon avec l'anticoagulant en inversant</p>	<p>5 Compléter le formulaire de collecte</p>	<p>6 Compléter l'étiquette de prélèvement et l'apposer sur la poche de sang de cordon en présence de la mère</p>
		
<p>7 Activer l'acquisiteur de température et l'insérer avec la poche dans l'enveloppe de transport</p>	<p>8 Placer le sang de cordon, les documents et les étiquettes restantes dans une enveloppe matelassée</p>	<p>9 Mettre l'enveloppe(s) dans une boîte de transport, entre les sacs thermorégulateurs</p>
		
<p>10 Étiqueter le formulaire de transport</p>	<p>11 Fermer la boîte de transport avec un sceau d'invulnérabilité</p>	<p>12 Expédier la boîte à Héma-Québec dans les plus brefs délais et documenter le numéro de commande</p>
		 <p># Compte : 20030903 Identifiant Web : hema05 Mot de passe : planete</p> 

Pour toute question, veuillez contacter l'équipe de la Banque de sang de cordon d'Héma-Québec : 514-832-5000 poste 6308, ou par courriel à marie-claude.chouinard@hema-quebec.qc.ca

Référence: PFN-00027

LISTE DES MODIFICATIONS:

SECTION	DESCRIPTION DU CHANGEMENT	JUSTIFICATION	PROVENANCE DE L'INFORMATION
2	Mise à jour de l'image des désinfectants	Remplacement des désinfectants utilisés par ceux qui sont déjà commandés par les produits sanguins labiles	CC-PRB-02167
4	Retrait « délicatement »	Afin de prévenir la formation de caillots dans le produit.	SPE-01154[4]
7	Remplacer « un sac de plastique » par « l'enveloppe de transport »	L'acquisiteur de température n'a pas été emballé comme décrit dans la procédure (à l'extérieur du sac de plastique)	AUD-100379 AEX-2770-EXP

Réf. CFA: OC-08148